fr

AquaFlate®

Seringue d'eau stérile préremplie

Mode d'emploi

REF

252-150	Seringue d'eau stérile préremplie AquaFlate 30 ml
250-400	Seringue d'eau stérile préremplie AquaFlate 10 ml
251-400	Seringue d'eau stérile préremplie AquaFlate 10 ml Large
253-400	Seringue d'eau stérile préremplie AquaFlate 3.5 ml
255-400	Seringue d'eau stérile préremplie AquaFlate 5 ml

DESCRIPTION

La seringue d'eau stérile préremplie AquaFlate est une seringue de préremplie d'eau purifiée USP et stérilisée par rayonnement gamma. La seringue est constituée d'un cylindre et d'un piston en polypropylène, ainsi que d'un joint de piston et d'un capuchon en caoutchouc sans latex.

INDICATIONS

La seringue d'eau stérile préremplie AquaFlate est destinée à être utilisée pour gonfler un ballonnet de cathéter Foley.

CONTRE-INDICATIONS

Aucune connue.

AVERTISSEMENTS

- La seringue préremplie d'eau stérile est destinée EXCLUSIVEMENT à gonfler le cathéter et n'est PAS destinée à l'injection.
- Les seringues sont à usage unique et ne doivent pas être réutilisées ou restérilisées.

PRÉCAUTIONS

- N'utilisez pas le produit si l'emballage est endommagé ou ouvert.
- En l'absence du capuchon, n'utilisez pas la seringue.
- Les seringues doivent être éliminées correctement après leur usage unique.
- Lisez le mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr.
- N'utilisez le produit que conformément à son utilisation prévue ; voir INDICATIONS.
- Consultez le mode d'emploi du fabricant du cathéter Foley pour connaître les instructions précises de mise en place et de gonflage du cathéter, notamment le volume d'eau stérile nécessaire pour gonfler le ballonnet.

PRÉPARATION, MANIPULATION ET INSPECTION

Le produit doit être soigneusement inspecté à sa réception et avant son utilisation pour s'assurer que l'emballage n'est pas endommagé ou défectueux.

MODE D'EMPLOI

1. Lisez attentivement et suivez le mode d'emploi du fabricant du cathéter Foley.
2. Lorsque la seringue est prête à être utilisée, retirez le capuchon et suivez les instructions d'utilisation et de gonflage du fabricant du cathéter Foley.
3. Une fois le cathétérisme terminé, éliminez correctement la seringue.

CONDITIONS DE CONSERVATION

- Pour préserver les performances du produit, conservez-le à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Conservez le produit dans un endroit propre et sec.

HR HealthCare
2600 Eastern Blvd., Suite 201
York, PA 17402 USA
hrhealthcare.com

STERILE R

hrhealthcare.com/symbolsglossary

HR HealthCare, the HR HealthCare logo, et AquaFlate sont des marques commerciales ou des marques déposées de HR HealthCare.
© 2020, 2023-2024 HR HealthCare. Tous droits réservés.

LBL-0007-FR Rev. 3 (01/2024)

HR HealthCare