it

AquaFlate®

Siringa preriempita di acqua sterile

Istruzioni per l'uso

REF

252-150	Siringa preriempita di acqua sterile AquaFlate 30 ml
250-400	Siringa preriempita di acqua sterile AquaFlate 10 ml
251-400	Siringa preriempita di acqua sterile AquaFlate 10 ml Largo
253-400	Siringa preriempita di acqua sterile AquaFlate 3.5 ml
255-400	Siringa preriempita di acqua sterile AquaFlate 5 ml

DESCRIZIONE

La siringa preriempita di acqua sterile AquaFlate è una siringa contenente di acqua purificata USP e sterilizzata con raggi gamma. È composta da un cilindro e da uno stantuffo in polipropilene. La guarnizione dello stantuffo e il cappuccio dell'ago della siringa sono in gomma priva di lattice.

ISTRUZIONI PER L'USO

La siringa preriempita di acqua sterile AquaFlate va utilizzata per gonfiare il palloncino del catetere Foley.

CONTROINDICAZIONI

Nessuna controindicazione nota.

AVVERTENZE

- La siringa preriempita di acqua sterile deve essere utilizzata SOLTANTO per gonfiare il catetere e NON per effettuare iniezioni.
- Le siringhe sono monouso e non devono essere né riutilizzate né risterilizzate.

PRECAUZIONI

- Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata o aperta.
- Non utilizzare la siringa se è priva del cappuccio.
- Le siringhe vanno smaltite correttamente dopo essere state usate una sola volta.
- Leggere le istruzioni per l'uso e riporle in un luogo sicuro.
- Utilizzare il prodotto solo in conformità all'uso previsto. Vedi INDICAZIONI PER L'USO.
- Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del produttore del catetere Foley per specifiche istruzioni relative al posizionamento del catetere e al gonfiaggio, tra cui il volume corretto di acqua sterile necessaria per gonfiare il palloncino del catetere.

PREPARATIVI, MANIPOLAZIONE E ISPEZIONE

Il prodotto deve essere accuratamente ispezionato alla ricezione e prima dell'uso per accertarsi che la confezione non sia danneggiata o difettosa.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Leggere attentamente e seguire le istruzioni per l'uso del produttore del catetere Foley.
2. Una volta pronto all'uso, rimuovere il tappo della siringa e seguire le istruzioni del produttore del catetere Foley per l'uso e il gonfiaggio.
3. Posizionato il catetere, provvedere al corretto smaltimento della siringa.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Per preservare le prestazioni del prodotto, conservarlo al riparo dalla luce diretta del sole.
- Conservare in un luogo pulito e asciutto.

HR HealthCare
2600 Eastern Blvd., Suite 201
York, PA 17402 USA
hrhealthcare.com

STERILE R

hrhealthcare.com/symbolsglossary

HR HealthCare, the HR HealthCare logo, e AquaFlate sono marchi o marchi registrati di HR HealthCare.
© 2020, 2023-2024 HR HealthCare. Tutti i diritti riservati.

LBL-0009-IT Rev. 3 (01/2024)

HR HealthCare