it

HR® Gelatina lubrificante
HR® Gelatina lubrificante 2X

Istruzioni per l'uso

REF	
201	113 g (4 oz.) Flip-Top Tube, Sterile
203	56.5 g (2 oz.) Flip-Top Tube, Sterile
205	36 g (1.25 oz.) OneShot® Packet, Sterile
205ST	36 g (1.25 oz.) OneShot Packet with SafeWrap® Package, Sterile
206	10 ml Siringa preriempita, Sterile
207	3 g OneShot Packet, Sterile
208	3 g OneShot Packets in CarePac® Box, Sterile
209	5 g OneShot Packet, Sterile
210	2 oz. Flip-Top Tube, Sterile
211	36 g (1.25 oz.) OneShot Packet, Sterile

DESCRIZIONE
La gelatina lubrificante HR® è idrosolubile, stabile, non unge e si distribuisce uniformemente. È ampiamente usata negli ospedali e negli studi medici. È ideale per lubrificare prodotti di gomma, termometri rettali, ugelli rettali e vaginali per neonati e adulti.

INDICAZIONI PER L'USO
La gelatina lubrificante HR è un gel sterile destinato a facilitare l'ingresso di un dispositivo diagnostico o terapeutico in un orifizio corporeo riducendo l'attrito tra il dispositivo e il corpo; non è inteso per un particolare tipo di anatomia.

CONTROINDICAZIONI
Sensibilità agli ingredienti.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
- Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza in etichetta, in quanto la sterilità e le prestazioni non possono essere garantite.
- Il riutilizzo del prodotto gelatina lubrificante HR (RIF. nn. 205, 205ST, 207, 208, 209, 211) può determinare una contaminazione crociata e rischi di infezione o reazione avversa per il paziente.
- Una ridottissima percentuale di uomini e di donne può essere sensibile a uno o più degli ingredienti presenti in questo lubrificante.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Se ha luogo un'irritazione, interrompere l'utilizzo del prodotto e consultare un medico.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione è aperta o danneggiata.
- Non utilizzare se il sigillo sotto il tappo è rotto o assente (RIF. nn. 201, 203, 210).
- L'utilizzo di un gel lubrificante per una mansione diversa da quella per la quale è concepito potrebbe dare come risultato un rischio per il paziente o prestazioni non soddisfacenti.

PRE-UTILIZZO, MANIPOLAZIONE E ISPEZIONE
Il prodotto deve essere accuratamente ispezionato alla ricezione e prima dell'uso per assicurarsi che la confezione non sia danneggiata o difettosa. Nel caso in cui vengano individuati un danneggiamento o una fuoriuscita del prodotto, tale prodotto deve essere eliminato.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. **Gelatina lubrificante HR OneShot SafeWrap (RIF n. 205ST)**
   a) Igienizzare l'esterno dell'involucro SafeWrap prima ell'introduzione in un ambiente sterile.
   b) Rimuovere l'involucro esterno SafeWrap e collocare la confezione di gelatina lubrificante HR sul vassoio sterile.
   c) Applicare una quantità di gelatina lubrificante HR direttamente sul paziente o sullo strumento a seconda di quanto necessario.
   d) Smaltire la confezione dopo l'uso.
2. **Gelatina lubrificante HR OneShot (RIF nn. 206, 207, 208, 209, 205, 211)**
   a) Applicare una quantità di gelatina lubrificante HR direttamente sul paziente o sullo strumento a seconda di quanto necessario.
   b) Smaltire la confezione dopo l'uso.
3. **Gelatina lubrificante HR Flip-Top Tube (RIF nn. 201, 210, 203)**
   a) Igienizzare il tappo e la punta prima dell'apertura. Rimuovere il sigillo antimanomissione.
   b) Aprire il tappo apri-e-chiudi.
   c) Applicare una quantità di gelatina lubrificante HR direttamente sul paziente o sullo strumento a seconda di quanto necessario.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO RACCOMANDATE
- Conservare in luogo asciutto e pulito a temperature ambiente (15°-30°C o 59°-86°F).

HR HealthCare
2600 Eastern Blvd., Suite 201
York, PA 17402 USA
hrhealthcare.com

STERILE

hrhealthcare.com/symbolsglossary

HR HealthCare, the HR HealthCare logo, HR, SafeWrap,e OneShot sono marchi o marchi registrati di HR HealthCare.
©2008, 2024 HR HealthCare. Tutti i diritti riservati.

LBL-0020-IT Rev. 1 (01/2024)

HR HealthCare